„DIAGNOSTYKA" Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52
NIP 775-24-25-639, REGON 473138284

Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kościuszki 52
99-300 Kutno

Dotyczy: Zakup mammografu cyfrowego w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna"

Znak sprawy: „1/ZP/2021"

W związku z otrzymanymi wnioskami o wyjaśnienie, poniżej udzielamy odpowiedzi dotyczących postępowania:

1. Zaproszenie do składania ofert, Rozdział 4.1.2
   a) Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrów technicznych określonych Załączniku nr 3, a nie np. wymogów odnoszących się np. do usług (przykładowo: podłączenie urządzeń do systemu PACS/HIS/RIS), czy też wymogów dotyczących np. dokumentacji, gwarancji itd.?

      Odpowiedź: Zamawiający oczekuje Katalog lub prospekt lub folder w języku polskim W ZAKRESIE PUNKTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – KRYTERIUM OCENY OFERT zaoferowanego przedmiotu zamówienia - zawierający opis oraz parametry potwierdzające wymagania postawione przez Zamawiającego w zał. nr 3 do zapytania ofertowego w oparciu o które została przygotowana oferta, w zakresie punktowanych parametrów technicznych. W katalogu/prospekcie/folderze należy wyraźnie zaznaczyć, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego) dotyczy dany zapis.

   b) Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SIWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela / dystrybutora producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Załącznik nr 3:

2. Dotyczy Załącznika nr 3, Wymagania ogólne
W związku z tym, że Zamawiający nie dopuszcza mammografu ucyfrowionego wynika, że Zamawiający chce zakupić mammograf zaawansowany technologicznie. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które składane są z elementów różnych producentów – co wiąże się z wieloma kompromisami dotyczącymi jakości obrazu i dawki promieniowania.

W celu pozyskania przez Zamawiającego najlepszych technologii proponujemy wprowadzenie punktu oraz jego oceny:

Najważniejsze podzespoły min. detektor, pochodzi od tego samego producenta	TAK/NIE		TAK - 4 pkt. NIE– 0 pkt.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

3. Dotyczy Załącznika nr 3, Generator wysokiego napięcia, pkt 6
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie punktacji w punkcie 6. Oferowany przez nas mammograf wyposażony jest w wolnostojący generator, którego wymiary wynoszą 360 mm x 592 mm x 690 mm. Oferowany przez nas system z tak małym kompaktowym generatorem bez problemu zapewnia możliwość instalacji w pomieszczeniach o niewielkiej kubaturze.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

4. Dotyczy Załącznika nr 3, Generator wysokiego napięcia, pkt 13
Zwracamy uwagę Zamawiającego, że im mniejszy prąd tym mniejsza dawka dla pacjentki. W celu uzyskania technologii, która umożliwia obrazowanie z możliwie małą dawką w krótkim czasie proponujemy wprowadzenie punktacji:

13.	Minimalna wartość ekspozycji w mAs	≤ 5 mAs		≤ 1 mAs – 4 punkty >1 mAs – 0 punktów

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

5. Dotyczy Załącznika nr 3, Generator wysokiego napięcia, pkt 15
Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż współczesne mammografy wykonują ekspozycję w krótkim czasie z mniejszym prądem. Minimalizacja prądu ma na celu zmniejszenie dawki dla pacjentki. Zaawansowane technologicznie detektory, są czułe na promieniowanie, co umożliwia stosowanie mniejszych prądów lampy.
W celu uzyskania najlepszych technologii, wnioskujemy o usunięcie punktacji.

1.	Maksymalny prąd ekspozycji dla dużego ogniska	≥ 100 mA		~~≥ 180 mA- 1 pkt~~ ~~< 180 mA- 0 pkt~~

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

6. Dotyczy Załącznika nr 3, Generator wysokiego napięcia, pkt 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie mammografu bez techniki 1 punktowej? Nowoczesne mammografy dobierają parametry ekspozycji za pomocą zaawansowanych systemów AEC. Oferowany przez nas mammograf posiada tryb manualny oraz nowoczesny system AEC, który dobiera parametry ekspozycji na podstawie gęstości radiologicznej piersi, a nie jej grubości. Takie podejście zapewnia personalizację dawki do pacjentki, jak również pozwala na uniknięcie zależności wielkości dawki od grubości piersi, która zależy od technika i odporności na ból pacjentki. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

7. Dotyczy Załącznika nr 3, Źródło promieniowania RTG, pkt 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu wyposażonego w lampę RTG, której prędkość wirowania anody wynosi 3000 obr./min. ? Prędkość ta jest dopasowana do zastosowanego

generatora oraz do innowacyjnego systemu AEC, który zapewnia obrazowanie z niskim poziomem dawki.
Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

8. Dotyczy Załącznika nr 3, Źródło promieniowania RTG, pkt 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu wyposażonego w jeden filtr Rh, który spełnia wszystkie wytyczne dotyczące cyfrowej mammografii obowiązujące w Polsce. Dobór stosowanych filtrów/ filtra – zawsze zależy od zastosowanych wyborów technologicznych producenta dotyczących lampy RTG oraz cyfrowego detektora.
Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

9. Dotyczy Załącznika nr 3, Źródło promieniowania RTG, pkt 29
Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli oferowany mammograf posiada jeden filtr, co jest zgodne z wytycznymi Ministra Zdrowia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

10. Dotyczy Załącznika nr 3, Źródło promieniowania RTG, pkt 31 i 32
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, który automatyczne rozpoznaje wielkości zainstalowanej płytki uciskowej i automatycznie informuje o pozycji kolimatora względem płytki dociskowej w celu poprawnego dopasowania pola promieniowania (bez automatycznego dopasowywania kolimacji). Oferowane rozwiązanie zapewnia analogiczną funkcjonalność i zapewnia poprawną pracę kliniczną.
Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

11. Dotyczy Załącznika nr 3, Automatyka ekspozycji RTG, pkt 37
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, w którym system AEC dobiera wszystkie parametry ekspozycji (kV i mAs) na podstawie gęstości radiologicznej i grubości piersi, co zapewniające dobór parametrów odpowiedni do budowy anatomicznej piersi.
Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

12. Dotyczy Załącznika nr 3, Automatyka ekspozycji RTG, pkt 49
Zwracamy się z prośbą o usunięcie punktu 49, ponieważ wszelkie dodatkowe powłoki takie jak folia powodują degradację jakości obrazu oraz niepotrzebne zwiększenie dawki dla pacjentki.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

13. Dotyczy Załącznika nr 3, Statyw mammograficzny, pkt 52
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu bez izocentrycznego gantry? Oferowany przez nas mammograf posiada konstrukcję, która zapewnia jednoczesne automatyczne dopasowanie

kąta oraz wysokości detektora do kolejnej projekcji – co zapewnia jeszcze większą ergonomię pracy. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

14. Dotyczy Załącznika nr 3, Statyw mammograficzny, pkt 53
Zamawiający słusznie zauważył, iż grubość stolika z detektorem od strony klatki piersiowej jest bardzo ważnym parametrem. Im cieńszy detektor, tym łatwiejsze i dokładniejsze jest pozycjonowanie pacjentek – zwłaszcza z otyłością. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż na rynku są dostępne rozwiązania o cieńszym detektorze niż punktowany.
W celu pozyskania przez Zamawiającego najlepszej technologii proponujemy modyfikację punktacji:

53.	Grubość stolika z przodu (od strony pacjentki)	≤ 85 mm		< 60 mm- 4 pkt ≥ 60 mm- 0 pkt

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

15. Dotyczy Załącznika nr 3, Statyw mammograficzny, pkt 54
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, w którym zakres ruchu górnej powierzchni stolika liczony od podłogi (lampa u góry) wynosi 68,4 cm do 133,4 cm? Oferowany zakres różni się nieznacznie od wymaganego i nie będzie powodował ograniczeń podczas pracy klinicznej. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

16. Dotyczy Załącznika nr 3, Statyw mammograficzny, pkt 54
Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż odległość powierzchni stolika od podłogi dla najniższej pozycji głowicy ma kluczowe znaczenie przy obrazowaniu pacjentek na wózkach inwalidzkich. System mammograficzny powinien umożliwiać obrazowanie niezależnie od wzrostu lub stanu zdrowia, dlatego proponujemy wprowadzenie oceny punktowej dla najniższej pozycji głowicy i modyfikację wymaganego zakresu.

54.	Zakres elektrycznej regulacji wysokości detektora od podłogi	≤ 85 - ≥ 133 cm		Najmniejsza odległość powierzchni detektora od podłogi dla głowicy ustawionej w poziomie – 4 pkt pozostałe – 0 pkt

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

17. Dotyczy Załącznika nr 3, Statyw mammograficzny, pkt 55, pkt 65
Zwracamy się z prośbą o usunięcie niniejszego punktu. Mammograf będący przedmiotem zamówienia, ma być przeznaczony do pracowni stacjonarnej, więc niezrozumiałe dla nas jest punktowania pozycji transportowej systemu i funkcji toczenia, która jest ważna i wykorzystywana u mammografów instalowanych w mammobusach. Funkcjonalności te nie mają wpływu na kliniczne działanie systemu, a jej wysokie punktowanie ma na celu promowanie rozwiązania tylko jednego z producentów, co jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji. Prosimy o wykreślenie te punkty w całości.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

18. Dotyczy Załącznika nr 3, Statyw mammograficzny, pkt 59

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający ma na myśli automatyczny, elektryczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego i tego samego przycisku na statywie mammografu?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli przycisk lub ikonę na wyświetlaczu.

19. Dotyczy Załącznika nr 3, Statyw mammograficzny, pkt 59
Zamawiający słusznie zauważył, że jeden sam przycisk umożliwiający przejście do kolejnej projekcji ułatwia pracę technikowi. Zwracamy uwagę Zamawiającego, na inną bardzo ważną funkcjonalność, również poprawiającą ergonomię pracy technika. Polega ona na rozwiązaniu, w którym po naciśnięciu jednego przycisku odbywa się ruch nieizocentryczny: wykonywane jest automatyczne przejście do kolejnej projekcji (ruch obrotowy) i jednoczesne automatyczne dopasowanie wysokości gantry (ruch pionowy) do kolejnej projekcji (np. z LCC do LMLO). Dzięki takiemu rozwiązaniu do pacjentki dopasowuje się nie tylko położenie detektora pod odpowiednim kątem, ale również jego odpowiednia wysokość. Takie rozwiązanie ułatwia pozycjonowanie piersi w projekcji MLO.
W celu uzyskania najnowocześniejszej technologii, zapewniającą wygodną i szybką pracę technika, proponujemy wprowadzenie punktu oraz jego oceny:

59.	Automatyczne przejście do kolejnej projekcji (ruch obrotowy) i jednoczesne automatyczne dopasowanie wysokości detektora (ruch pionowy) do kolejnej projekcji (np. z LCC do LMLO) po naciśnięciu jednego przycisku (rych nieizocentryczny)	TAK/NIE		TAK – 4 pkt NIE – 0 pkt

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

20. Dotyczy Załącznika nr 3, Statyw mammograficzny, pkt 61
Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż możliwość uzyskiwania różnych stopni powiększenia geometrycznego ma istotne znaczenie podczas wykonywania zdjęć celowanych. Obecnym standardem są powiększenia 1.5 i 1.8 – dzięki zastosowaniu dwóch współczynników możliwe jest dobranie odpowiedniego powiększenia i pola obrazowania wymaganego w zależności o przypadku klinicznego. Współczynnik 1.5 zapewnia bowiem mniejsze powiększenie przy większym polu obrazowania, współczynnik 1.8 – większe powiększenie przy mniejszym polu obrazowania – co wynika z geometrii wiązki promieniowania.
Proponujemy wprowadzenie punktacji:

61.	Zestaw do zdjęć powiększonych o krotności powiększenia ≥1,5	TAK		dwa współczynniki powiększenia – 4 pkt jeden współczynnik – 0 pkt

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

21. Dotyczy Załącznika nr 3, Statyw mammograficzny, pkt 66
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu bez automatycznego odsuwania ramienia „C" w stosunku do panelu z detektorem? Oferowany przez nas mammograf posiada dużo miejsca do pozycjonowania między detektorem a lampą oraz posiada cienki detektor, który ułatwia pozycjonowanie pacjentek z otyłością.
Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

22. Dotyczy Załącznika nr 3, Statyw mammograficzny, pkt 68
Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż w oferowanym przez nas mammografie wyświetlacz znajduje się centralnie na dole statywu, co umożliwia jego dobrą widoczność z obu stron mammografu. Wymóg dwóch ekranów charakteryzuje rozwiązanie jednego z producentów mammografów, co ogranicza możliwości uczciwej konkurencji. Wnioskujemy o usunięcie punktacji.

68.	Dwa dotykowe wyświetlacze umieszczone po obu stronach statywu umożliwiające sterowanie mammografem, wyświetlanie trybów pracy i funkcji systemu	NIE/TAK	pyt	~~NIE – 0 pkt TAK – 4 pkt~~

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

23. Dotyczy Załącznika nr 3, Statyw mammograficzny, pkt 70
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie mammografu, w którym wymagany parametr rastra jest równy 41 l/cm 3.5:1? Oferowane rozwiązanie umożliwia równoważne lub leprze tłumienie promieniowania rozproszonego.
Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

24. Dotyczy Załącznika nr 3, Panel detektora cyfrowego, pkt 73
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, w którym matryca detektora wynosi 2394 x 2850 ? W punkcie 75 Zamawiający dopuszcza rozmiar piksela równy 100 µm. Oferowany parametr odbiega nieznacznie od parametru wymaganego i nie będzie miał wpływu na jakość obrazu podczas pracy klinicznej.
Obecnie sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

25. Dotyczy Załącznika nr 3, Panel detektora cyfrowego, pkt 77
Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi stanowi bardzo ważny parametr świadczący o technologii detektora – im jest on krótszy, tym krótszy czas odświeżania detektora. Parametr ma również wymiar wydajności pracy, który ma znaczenie zwłaszcza w skryningu. Długi czas oczekiwania na gotowość detektora do każdej z czterech projekcji (CC oraz MLO – prawej i lewej piersi) może znacznie wydłużyć czas badania. W celu pozyskania przez Zamawiającego najlepszych technologii, wnioskujemy o wprowadzenie punktacji:

77.	Czas pomiędzy ekspozycjami rtg	≤ 40 s		≤ 10 s - 4 pkt >10 s – 0 pkt

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

26. Dotyczy Załącznika nr 3, Konsola technika – stacja akwizycyjna, pkt 78
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga jednego monitora obrazowo-obsługowego na stacji akwizycyjnej, zgodnie z punktem 82.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

27. Dotyczy Załącznika nr 3, Konsola technika – stacja akwizycyjna, pkt 80
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania mammografu, w którym konsola technika wyposażona jest w pamięć RAM 4GB. Ze względu na konstrukcję oraz architekturę oprogramowania system charakteryzuje się jednymi z najkrótszych czasów uzyskiwania obrazu na konsoli. Zastosowana pamięć operacyjna nie będzie wpływała na ograniczenia podczas pracy klinicznej. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

28. Dotyczy Załącznika nr 3, Konsola technika – stacja akwizycyjna, pkt 82
Zwracamy uwagę, że na rynku są dostępne mammografy ze znacznie większym monitorem na stacji akwizycyjnej. W celu uzyskania sprzętu o najlepszych parametrach, proponujemy modyfikację punktacji:

82.	Monitor obrazowy i obsługowy dla technika	≥ 19"		Największa przekątna – 4 pkt pozostałe – 0 pkt

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

29. Dotyczy Załącznika nr 3, Konsola technika – stacja akwizycyjna, pkt 83
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, którego dedykowany monitor na stacji akwizycyjnej spełnia wymagane warunki: ≥ 1,3 MP i (≥ 1280 x 1024 pikseli), ale nie jest skalibrowany w standardzie DICOM? Stacja akwizycyjna wyposażona jest w 23" monitor 2 MP zapewniający pełen podgląd obrazu oraz wszelkie niezbędne narzędzia postprocessingowe. Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

30. Dotyczy Załącznika nr 3, Konsola technika – stacja akwizycyjna, pkt 89
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli tymczasową archiwizację na dysku lokalnym stacji akwizycyjnej danych demograficzny i obrazowych pacjentów?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

31. Dotyczy Załącznika nr 3, Konsola technika – stacja akwizycyjna, pkt 93
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania mammografu, który posiada pełną komunikację DICOM 3.0 z wyjątkiem serwisu Query/Retrieve. Aparat zapewnia pełną współpracę z systemami RIS (Work List) oraz PACS – zapewniając pełna archiwizację danych.
Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

32. Dotyczy Załącznika nr 3, pkt 100
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia były przygotowane do współpracy z systemami RIS/PACS , czy wymagana jest integracja urządzeń z systemami RIS/PACS? Jeżeli urządzenia mają być podłączone do RIS/PACS, prosimy o podanie nazwy dostawcy systemów oraz informację, czy Zamawiający posiada wolne licencje.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga integracji z systemem po stronie mammografu. Dostawcą system PACS jest: PROJEKT. Wolna licencja będzie zapewniona przez Zamawiającego.

33. Dotyczy Załącznika nr 3, Inne wymagania, pkt 104
Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż dwukrotnie punktuje generator zabudowany w statywie mammografu: w punkcie 6 i w punkcie 104. W związku z tym, wnioskujemy o usuniecie tego punktu w całości.

104.	~~Mammograf zintegrowany: wszystkie elementy mammografu umieszczone w i na statywie – połączone ze sobą wyłącznie kablami wewnętrznymi statywu~~	~~NIE/TAK~~		~~NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt~~

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

34. Dotyczy Załącznika nr 3, Inne wymagania, pkt 105
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, który nie posiada możliwości rozbudowy o funkcję tomosyntezy i biopsji stereotaktycznej?
Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

35. Dotyczy Załącznika nr 3, Inne wymagania, pkt 108, 109, 110, 111
Mammograf będący przedmiotem zamówienia jest przeznaczony są do pracowni stacjonarnej, co wiąże się z wykonaniem projektu osłon stałych dla konkretnego posadowienia mammografu.
Zwracamy uwagę, iż Zamawiający promuje rozwiązania dla mammobusów mobilnych, które nie będą wykorzystane w pracowni stacjonarnej, np. waga mammografu w punkcie 111 lub temperatura transportu w punkcie 110. Wysoka punktacja parametrów dotyczących mammografów w mammobusach ma na celu promowanie rozwiązania firmy Planmed, co jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o wykreślenie punktów 108, 109, 110, 111. Obecne wymagania uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty.

108.	~~Prąd zasilania jednofazowego ⍰ 16 A~~	~~NIE/TAK~~		~~NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt~~
109.	~~Zakres temperatur pracy systemu +10°C ÷ +35°C~~	~~NIE/TAK~~		~~NIE – 0 pkt TAK – 4 pkt~~
110.	~~Zakres temperatur magazynowania systemu -20°C ÷ +70°C~~	~~NIE/TAK~~		~~NIE – 0 pkt TAK – 4 pkt~~
111.	~~Waga mammografu (statywu z podstawą, kolumną, ramieniem, źródłem promieniowania rtg, panelem detektora cyfrowego i generatorem)~~	~~⍰ 450 kg~~		~~≤ 200 kg – 3 pkt > 200 kg – 0 pkt~~

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

36. Dotyczy Załącznika nr 3, Inne wymagania, pkt 112
Czy Zamawiający dopuści UPS dedykowany do podtrzymania zasilania stacji technika, który po zaniku napięcia automatycznie wyłącza system zapewniając ochronę systemu plików oraz danych pacjenta?
Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

37. Dotyczy Załącznika nr 3, Inne wymagania, pkt 124

a) Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający udostępni wyżej wymienione łącze.

b) W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział twierdząco na poprzednie pytanie.

c) Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

38. Dotyczy Załącznika nr 3, Inne wymagania, pkt 126 oraz Załącznik nr 3A pkt 6 Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Wzór umowy:

39. Par. 3 ust. 5:
Zwracamy uwagę, że sprzęt będący przedmiotem postępowania stanowi skomplikowaną techniczne aparaturę, w związku z czym stwierdzone przy dostawie braki/wady mogą mieć bardzo różnych charakter. W przypadku drobnych braków lub wad, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem i mogą być uzupełnione bez uszczerbku dla Zamawiającego w zakresie możliwości wykorzystania sprzętu do badań, nieuzasadnione jest wstrzymywanie odbioru czy uznania, że umowa została zrealizowania dopiero w chwili usunięcia takich drobnych nieprawidłowości. W związku z tym, proponujemy następujące brzmienie par. 3 ust. 5:
„5. Jeżeli przy dostawie przedmiotu Umowy strony stwierdzą wady bądź braki, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie strony. Usuwanie wad lub braków uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy nie przedłuża ostatecznego terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. W przypadku wad lub braków, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy, Strony dokonają protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy i ustalą termin na usunięcie tych nieprawidłowości"

90.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

40. Par. 4 ust. 5:

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, pozostawiając jedynie możliwość wymiany części/modułów

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

41. Par. 4 ust. 8:

Jak rozumiemy Zamawiający chce uzyskać gwarancję jakości tj. dotyczącą jakości produktu i dotyczącą „wad tkwiących w produkcie". Gwarant w związku z tym nie powinien jednocześnie odpowiadać za sytuacje, gdy awaria spowodowana została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. Objęcie takich usterek gwarancją może prowadzić do istotnego zwiększania ceny usługi, gdyż Wykonawca będzie musiał wziąć na siebie dużo większe ryzyko. Nie jest możliwe także uwzględnienie gwarancji, gdy szkoda powstała wskutek nieprawidłowo obsługiwania lub serwisowania urządzenia (przez następcę wykonawcy) jako sprzecznych z istotą gwarancji. Prosimy w związku z tym o doprecyzowanie aktualnego brzmienia par. 4 ust. 8 poprzez uwzględnienie w/w okoliczności, które odzwierciedlają zakres gwarancji jakości a jednocześnie przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy w następujący sposób:

„Wykonawca nie odpowiada w ramach gwarancji za uszkodzenia przedmiotu Umowy, powstałe: (i) z winy Zamawiającego, w szczególności niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową; (ii) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady; (iii) jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych; (iv) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.), (v) normalnego zużycia rzeczy."

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

42. Par. 4 ust. 11:

Celem uniknięcia wątpliwości, prosimy o potwierdzenie, iż wymóg dokonania aktualizacji oprogramowania dotyczy dostarczenia aktualizacji obowiązkowych zalecanych przez producenta urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

43. Par. 4 ust. 13:

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje doprecyzowanie § 4 ust. 13 i wskazanie, że uprawnienia do

odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Wykonawcy należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc następujące brzmienie § 4 ust. 13:
„Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru oraz z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi."

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

44. **Par. 5 ust. 1:**

Zwracamy uwagę, iż w postanowieniu par. 5 ust. 1 termin na wystawienie faktury jest zbieżny z terminem dostawy (wskazany został dokładnie ten sam dzień), a jednocześnie w par. 5 ust. 2 Umowa przewiduje, iż podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu Umowy. Nawet przy założeniu, że odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany tego samego dnia, Wykonawca nie ma realnej możliwości dostarczenia faktury w wersji papierowej do kancelarii Zamawiającego jeszcze tego samego dnia – jest to logistycznie niemożliwe. Na marginesie również podnosimy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, wystawienie faktury jest możliwe po zrealizowaniu dostawy, zatem regulacja par. 5 ust. 1 zmierza stoi w sprzeczności z tymi przepisami.
Wskazujemy ponadto, że Umowa przewiduje w par. 3 ust. 5 możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia wad lub nieprawidłowości i wyznaczenia w protokole terminu na jego usunięcie. W takim przypadku, Wykonawca może nie mieć możliwości wystawienia faktury, zaktualizuje się uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, a jednocześnie Wykonawcy będzie biegł termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości – rozwiązania te są wzajemnie sprzeczne i wykluczające się, powodując niepewność stosunku zobowiązaniowego pomiędzy stronami i jednocześnie rażąco narusza równowagę Stron poprzez oczekiwanie zrzeczenia się Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych z tym związanych.
W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie postanowień dotyczących prawa do odstąpienia od umowy, zrzeczenia się roszczeń odszkodowawczych i zezwolenie przesłania faktury w dniu odbioru w formie elektronicznej (PDF) na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy i tym samym nadanie par. 5 ust. 1 następującego brzmienia:
„1. Zamawiający oświadcza, że ze względu na treść umowy dotacji, prawidłowo wystawiona faktura VAT winna zostać doręczona do Zamawiającego do dnia 8 września 2021r. w formie elektronicznej (PDF) na następujący adres e-mail Zamawiającego: [ ] lub w dniu odbioru – jeśli odbiór zostanie dokonany w terminie późniejszym."

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje realizacji umowy w terminie do 4 tygodni od podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 6 września 2021 r., z wyjątkiem przeprowadzenia szkolenia oraz koryguje zapisy w umowie, zgodnie z odpowiedzią.

45. Par. 6 (kary umowne): wysokość kar do decyzji biznesowej – ode mnie pytania jak poniżej:

a) Ust. 1 pkt 4-5 W naszej opinii zaproponowana kara umowna za odstąpienie od umowy jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 10 % wartości przedmiotu umowy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

b) Ust. 1 pkt 1-3: Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę", nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Dodatkowo, zgodnie z art. 433 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019), zakazane jest ustalanie odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie, jeżeli nie jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. W związku z tym, prosimy o zastąpienie w par. 6 ust. 1 pkt 1-3 słowa „opóźnienie" słowem „zwłoka".

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

c) Ust. 2: Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Dodatkowo, zgodnie z art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019), umowa musi przewidywać łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty, jak również będzie stanowiło realizację obowiązku wskazanego w w/w art. 436 pkt 3) Ustawy PZP, poprzez dodanie zdania drugiego do § 6 ust. 7 o następującym brzmieniu:
„Maksymalna wysokość kar umownych jaką Strony mogą dochodzić na podstawie umowy wynosi 20% wartości brutto przedmiotu Umowy.".

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dodaje do § 6 ust. 4 umowy zapis o następującym brzmieniu:
„Maksymalna wysokość kar umownych jaką Strony mogą dochodzić na podstawie umowy wynosi 20% wartości brutto przedmiotu Umowy.".

46. Par. 8 (odstąpienie) Ust. 1 i 2:
Odstąpienie jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane z obowiązkiem zapłaty kary umownej. Mając na względzie przesłanki takiego odstąpienia, która może się aktualizować np. nawet przy jednodniowym przekroczeniu terminu dostawy, przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie Wykonawcy, które nie znajduje obiektywnego uzasadnienia. Proponujemy, aby przed odstąpieniem od umowy i naliczeniem kary umownej z przyczyn wymienionych w par. 8 ust. 1, Zamawiający wezwał Wykonawcę do należytego wykonania umowy, wyznaczając mu odpowiedni, dodatkowy termin – na warunkach określonych w par. 8 ust. 2. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. Proponujemy wobec tego nowe, następujące brzmienie par. 8 ust. 1 i 2

„1. Zamawiającemu, niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od Umowy, przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części (według swojego wyboru), w przypadku:

1) stwierdzenia przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu Umowy lub jego części i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady lub przedstawienie stosownych wyjaśnień w tym zakresie;

2) zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy lub jego części w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na realizację Umowy;

3) nieusunięcia wad lub braków stwierdzonych przy dostawie przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 4 Umowy i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady;

4) zwłoki w usunięciu wady fizycznej przedmiotu Umowy lub jego części w okresie gwarancji w stosunku do terminu określonego w § 4 Umowy i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady;

5) zwłoki w wymianie sprzętu lub modułu w przypadkach i terminach określonych w § 4 Umowy;

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1- 5 Umowy Zamawiający ma prawo wykonać – w terminie 7 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu."

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

47. Dodanie par. 8a o sile wyższej:

Proponujemy dodanie kolejnego par. 8a o sile wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej:

„§ 8a

Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia epidemicznego lub epidemii, itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej."

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

<u>Dotyczy Załącznika nr 4 do Umowy – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych:</u>

48. Par. 1 ust. 2:

Zwracamy uwagę, iż w przypadku Wykonawców zrzeszonych w ramach międzynarodowych grup kapitałowych oraz ze względu na stopień skomplikowania sprzętów będących przedmiotem postępowania, odpowiednie czynności serwisowe mogą wymagać konieczności natychmiastowego wsparcia podwykonawców. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na posługiwanie się podwykonawcami i przekazywanie im danych osobowych w celu realizacji zobowiązań wynikających z Umowy Głównej. Dodatkowo zwracamy uwagę, że dla celów realizacji zdalnego dostępu i zdalnych napraw, może istnieć konieczność konsultacji z fabryką lub inżynierem znajdującym się w USA lub w innym kraju znajdującym się poza EOG. Zapewniamy, że ewentualny transfer danych jest sytuacją wyjątkową i jest poddanych wymogom odpowiadającym prawu unijnemu. W związku z tym, proponujemy następujące brzmienie par. 1 ust. 2:

„2. Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez Przetwarzającego w związku z realizacją w/w Umowy Głównej, w celu i zakresie wskazanym powyżej, a Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe, zgodnie z wymogami i warunkami obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, w tym z treścią Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE. Administrator wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych podwykonawcom Przetwarzającego dla celów realizacji Umowy Głównej, znajdujących się na liście podwykonawców przetwarzania udostępnionych przez Przetwarzającego, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Strony oświadczają, że powierzone dane osobowe, mogą być przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem, iż takie przetwarzanie może być dokonywane zgodnie z właściwymi wymogami prawa unijnego."

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i podtrzymuje zapis

49. Par. 2 ust. 2:

Wykonawca wskazuje, że prawo kontroli lub audytu w przypadku, gdy ma obejmować dostęp do pomieszczeń Przetwarzającego, w których prowadzi działalność gospodarczą, stwarza istotne ryzyko możliwości dostępu do danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym potencjalnych danych klientów Wykonawcy, które Wykonawca obowiązany jest zachować w poufności. Dodatkowo, kontrola zapowiedziana zaledwie z 3-dniowym wyprzedzeniem, w warunkach prowadzenia normalnej działalności, jak i w trybie zdalnym z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną, jest terminem zbyt krótkim na należyte przygotowanie się
Przetwarzającego do kontroli. Z uwagi na to, Wykonawca proponuje poniższe brzmienie par. 5 ust. 2:

„Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego, w sposób uniemożliwiający dostęp lub ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa Przetwarzającego i z minimum 7-dniowym jego uprzedzeniem."

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Dotyczy prac adaptacyjnych:

50. Prosimy o doprecyzowanie – czy wymagana data dostawy max. 4 tygodnie od podpisania Umowy obejmuje również instalację i pozostały zakres umowy? Czy Zamawiający wymaga jedynie dostawy systemu do wyznaczonych pomieszczeń w terminie maks. do 4 tygodni od podpisania Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje realizacji umowy w terminie do 4 tygodni od podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 6 września 2021 r., z wyjątkiem przeprowadzenia szkolenia.

51. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji Umowy do maks. 6 tygodni od jej podpisania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

52. Z racji, iż Zamawiający nie precyzuje, prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie prace adaptacyjne i dostosowawcze do wymagań instalacyjnych systemu oraz spełnienia norm i przepisów (w tym również prace naprawcze po instalacji) leżą po stronie Zamawiającego? Jeśli nie prosimy o szczegółowe doprecyzowanie zakresu obowiązków Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

53. Prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma przewidzieć wymianę wykładziny podłogowej. Jeśli tak, prosimy o sprecyzowanie jaki obszar (ilość m2) podlega wymianie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wymiany wykładziny podłogowej, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

54. Prosimy o informację czy Zmawiający przewiduje jakieś prace remontowe np. szpachlowanie, malowanie pomieszczeń, montaż sufitów podwieszanych, wymiany oświetlenia itp.? Prosimy o wyszczególnienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

55. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rzutów pomieszczeń w których ma zostać zainstalowany nowy system

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje rzutami pomieszczeń I nie widzi konieczności udostępniania ich na tym etapie.

56. Czy pomieszczenia, w których ma zostać zainstalowany nowy system mammograficzny są na parterze budynku? Jeśli nie, czy w budynku jest winda, którą będzie można wykorzystać do dostawy (udźwig min. 350 kg)?

Odpowiedź: Pomieszczenia nie znajdują się na parterze. W budynku znajduje się winda. Zamawiający przewiduje w późniejszym czasie zmianę lokalizacji.

57. Czy Zamawiający wyznaczy, wydzieli i zabezpieczy miejsce oraz drogę dostawy, rozładunku oraz manewrów samochodów ciężarowych?

Odpowiedź: Zamawiający wyznaczy, wydzieli I zabezpieczy miejsce oraz drogę dostawy, rozładunku oraz manewrów saochodów ciężarowych.

58. Czy Zamawiający zapewni dostępność zasilania doprowadzonego do miejsca instalacji kablem o odpowiednich parametrach ? Wymagana dostępna moc pobierana przez urządzenie, które chcemy zaoferować to ok 6.9 kVA (maksymalny chwilowy pobór mocy)

Odpowiedź: Zamawiający zapewni dostępność odpowiedniego kabla zasilania.

59. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pracowni mammografu znajduje się działające gniazdo sieci komputerowej, które może zostać wykorzystane przez nowy mammograf.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

60. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zatwierdzenie projektu osłon stałych RTG w WSSE będzie w gestii Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

61. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje sporządzenia dokumentacji projektowej, a jedynie przekazanie dokumentacji powykonawczej (niezbędne pomiary, próby instalacji, atesty certyfikaty).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

62. Prosimy Zamawiającego o informację dot. typu, przekroju istniejącego kabla zasilającego mammograf.

Odpowiedź: Zamawiający będzie tworzył nową pracownię w innym miejscu i dopasuje typ przekroju kabla do urządzenia.

63. Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od pracowni mammografii zlokalizowana jest rozdzielnia elektryczna, z której zasilany będzie nowy aparat.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności udostępniania takich informacji na tym etapie. Umożliwia natomiast przeprowadzenie wizji lokalnej.

64. Prosimy Zmawiającego o informację czy wentylacja w pomieszczeniu mammografu jest sprawna i spełnia wymogi obowiązujących przepisów?

Odpowiedź: Zamawiający, będzie tworzył nową pracownię i dostosuje wentylację do wymogów obowiązujących przepisów.

65. Jeśli wentylacja nie jest sprawna prosimy Zamawiającego o informację czy Wykonawca ma wykonać nową instalację wentylacji mechanicznej we własnym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

66. Jeśli wykonawca będzie miał obowiązek wykonać nową instalację wentylacji we własnym zakresie prosimy o informację, gdzie Zamawiający dopuści posadowienie centrali wentylacyjnej dla pracowni? Prosimy o wskazanie miejsca jej montażu.

Odpowiedź: Zamawiający, nie wymaga.

67. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapewni odpowiednie chłodzenie pomieszczeń pracowni mammografii, spełniające wytyczne producenta aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

68. Jeśli Zmawiający nie potwierdzi zapewnienia odpowiedniego chłodzenia pomieszczeń prosimy o informację czy Wykonawca ma przewidzieć montaż dodatkowych klimatyzatorów typu spit w celu zapewnienia prawidłowej pracy mammografu?

Odpowiedź: Zamawiający zapewni odpowiednie chłodzenie pomieszczeń pracowni mammografii.

69. W przypadku konieczności montażu dodatkowych klimatyzatorów prosimy Zamawiającego o potwierdzenie możliwości instalacji jednostek zewnętrznych klimatyzacji na elewacji budynku.

Odpowiedź: Zamawiający zapewni odpowiednie chłodzenie pomieszczeń pracowni mammografii.

70. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie dostawy nowego mammografu nie ma dostawy mebli lub innego wyposażenia ruchomego pracowni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

71. Z racji, iż Zamawiający nie precyzuje, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń na uruchomienie pracowni (w tym WSSE) leży po stronie Zamawiającego i nie wchodzi w zakres Umowy oraz termin jej wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

72. Ze względu na fakt, iż najefektywniejsze szkolenia możemy przeprowadzić dopiero po odbiorze końcowym sprzętu, finalnych odbiorach Sanepidu i zgodzie na uruchomienie pracowni, już na pacjentach, co wymaga odpowiedniego zaplanowania (m.in. grafików lekarzy i radiologów, umówienia wizyt itp.) co może znacząco rozciągnąć się w czasie i nie jest zależne od Wykonawcy, prosimy o wyrażenie zgody na przeprowadzenie jedynie szkolenia z bezpiecznej, podstawowej obsługi przed odbiorem końcowym i wyłączenie szkoleń aplikacyjnych z czasu realizacji Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający, wyraża zgodę

73. Jeśli Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że termin szkoleń nie warunkuje podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

74. Prosimy o podanie nazwy i modelu deinstalowanego systemu oraz jego parametrów zasilania.

Odpowiedź: Producent: GE, Model : Alpha RT , Parametry zasilania: 230VAC +/- 10%, 50/60 Hz

75. Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH/OCENIANYCH, część GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA, pkt 6 „Generator zintegrowany ze statywem (wbudowany do statywu) ze względu na małą ilość miejsca instalacyjnego"

Urządzenie z generatorem zintegrowanym ze statywem jest rozwiązaniem zdecydowanie niekorzystnym w przypadku małych pomieszczeń. Ogranicza ono możliwość adaptacji pomieszczenia. Urządzenia, w którym generator jest oddzielnym elementem umożliwia montaż mammografu bezpośrednio przy ścianie pomieszczenia – co znacząco oszczędza przestrzeń w gabinecie. Sam generator jest niewielkim elementem (porównywalnym do standardowego komputera klasy PC) i może być umieszczony w dowolnie dobranym miejscu pracowni.

W związku z tym – mając na względzie małą ilość miejsca instalacyjnego – zwracamy się z prośbą o modyfikację punktacji w następujący sposób:

6.	Generator wolnostojący ze względu na małą ilość miejsca instalacyjnego	NIE/TAK		NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

76. Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH/OCENIANYCH, część ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA RTG, pkt 28 „Filtr srebrowy"

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić aparat posiadający filtr aluminiowy?
Oferowany przez nas filtr dostosowany jest do parametrów ekspozycji lampy. Filtry w mammografach dobierane są pod konkretne lampy i zgodnie z naszą wiedzą, stosowanie filtra srebrowego nie daje żadnej przewagi nad filtrem aluminiowym.
Wyrażenie zgody przez Zamawiającego pozwoli nam złożyć ważną ofertę.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

77. Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH/OCENIANYCH, część AUTOMATYKA EKSPOZYCJI RTG, pkt 38 „Automatyczny dobór kV do gęstości uciśniętej piersi podczas ekspozycji wstępnej"

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić aparat, w którym dobór kV dokonywany jest na podstawie grubości piersi? Oferowane przez nas rozwiązanie jest równoważnym do wymaganego.
Wyrażenie zgody przez Zamawiającego pozwoli nam złożyć ważną ofertę.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

78. Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH/OCENIANYCH, Część SYSTEM UCISKOWY pkt. 47 „Automatyczne (bez konieczności ingerencji osoby obsługującej) przesuwanie pola promieniowania oraz pozycji płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej projekcji (w pozycji środkowej dla projekcji CC, w pozycji prawo/lewo dla projekcji MLO)".

Prosimy o rezygnację z punktacji w tym punkcie, z uwagi na fakt, iż automatyczne (bez ingerencji osoby obsługującej) przesuwanie pola promieniowania oraz pozycji płytki uciskowej, może spowodować lęk i zachowania obronne u pacjentki w trakcie wykonania badania. W naszej ocenie, znacznie bezpieczniejsza i bardziej komfortowa dla pacjentki jest sytuacja, gdy przesuwanie pole promieniowania oraz pozycji płytki, wykonywane jest ręcznie przez osobę wykonującą badanie. Taką funkcjonalność oferuje większość dostawców na rynku, co jednoznacznie określa, że jest to rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

79. Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH/OCENIANYCH, Część SYSTEM UCISKOWY pkt. 49 „Foliowy system przesuwania wcześniej uciśniętej piersi do wnętrza pola obrazowania panelu z detektorem cyfrowym dla zobrazowania przy żebrowej części piersi".

Czy Zamawiający zgodzi się jako rozwiązanie równoważne potraktować elastyczną płytkę dopasowującą swój kształt do kształtu piersi. Płytka po uciśnięciu piersi powoduje przesuwanie wcześniej uciśniętej piersi do wnętrza pola obrazowania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

80. Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH/OCENIANYCH, część STATYW MAMMOGRAFICZNY, pkt 55 „Teleskopowa kolumna z pionowym ruchem motorowym z dwoma regulowanymi prędkościami pozwalająca osiągnąć w pozycji transportowej wysokość mniejszą niż 110 cm"

Nowoczesne mammografy budowane i instalowane są w sposób, który nie wymaga już modyfikacji wysokości kolumny podczas transportu. Dlatego zwracamy się z prośbą o rezygnację z tego punktu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

81. Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH/OCENIANYCH, część STATYW MAMMOGRAFICZNY, pkt 65 „Mammograf z możliwością przemieszczania (toczenia) w stanie kompletnym w pozycji transportowej z obróconym ramieniem pozwalający osiągnąć w pozycji transportowej wysokość mniejszą niż 110 cm"

Zmiana usytuowania nowoczesnych – cyfrowych – urządzeń wymaga wykonania tego przez wyszkolony serwis, który każdorazowo po przemieszczeniu urządzenia wykona jego kalibrację. Możliwość samodzielnego przemieszczenia urządzenia nie przynosi Zamawiającemu żadnych korzyści. W związku z tym prosimy o wykreślenie tego punktu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

82. Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH/OCENIANYCH, część STATYW MAMMOGRAFICZNY, pkt 66 „Automatyczne odchylanie / odsuwanie ramienia „C" w stosunku do panelu z detektorem dla wygodnego dostępu do pacjentki"

Każdy dodatkowy ruch urządzenia w pobliżu pacjentki jest potencjalnie stresogenną sytuacją. W nowoczesnych urządzeniach sama konstrukcja mammografu zapewnia wygodny dostęp dla pacjentki. Dlatego zwracamy się prośbą o rezygnację z tego punktu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

83. Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH/OCENIANYCH, część STATYW MAMMOGRAFICZNY, pkt 68 „Dwa dotykowe wyświetlacze umieszczone po **obu**

stronach statywu umożliwiające sterowanie mammografem, wyświetlanie trybów pracy i funkcji systemu"

W niektórych urządzeniach faktycznie niezbędne jest umieszczenie dwóch wyświetlaczy aby uzyskać pełen dostęp do pojawiających się na nich informacji o raz sterowania parametrami. Nowoczesne urządzenia skonstruowane są sposób tak ergonomiczny, że podobny – jak nie wyższy – komfort pracy można uzyskać przy pomocy jednego panelu.
Dlatego zwracamy się z prośbą o usunięcie tego punktu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

84. Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH/OCENIANYCH, część PANEL DETEKTORA CYFROWEGO, pkt 74 „Detektor krzemowy ze scyntylatorem z jodku cezu (CsI)"

Zamawiający w tym punkcie promuje technologię, która nie przekłada się na żadną korzyść. Proponujemy zmianę punktacji i punktowanie detektora wykonanego bez warstwy scyntylacyjnej – stosującego konwersję bezpośrednią. Przekłada się to na niższa dawkę, mniejsze szumy i lepsze parametry pracy.

74.	Detektor bez warstwy scyntylacyjnej	NIE/TAK		NIE – 0 pkt TAK – 4 pkt

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

85. Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH/OCENIANYCH, część PANEL DETEKTORA CYFROWEGO, pkt 75 „Rozmiar piksela detektora"

Rozmiar piksela jest jednym z najistotniejszych parametrów opisujących detektor cyfrowy. Wielkość piksela wpływa znacząco na rozdzielczość przestrzenną obrazu. Z uwagi na fakt, iż na rynku dostępne są znacznie bardziej zaawansowane rozwiązania niż progowe 100 µm, proponujemy wprowadzić punktację tego parametru:

75.	Rozmiar piksela detektora	≤ 100 µm		Najmniejszy rozmiar piksela – 4 pk Wartość graniczna – 0 pkt Pozostałe wartości proporcjonalnie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

86. Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH/OCENIANYCH, część PANEL DETEKTORA CYFROWEGO, pkt 76 „Zakres dynamiki detektora"

Z uwagi na fakt, iż zakres dynamiki detektora ma bezpośredni i istotny wpływ na jakość obrazowania zapewniając lepszą rozdzielczość kontrastową. Proponujemy zatem punktowanie tego parametru:

76.	Zakres dynamiki detektora	≥ 14 bit		14 bit – 0 pkt Wartość największa – 4 pk Pozostałe wartości proporcjonalnie

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

87. Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH/OCENIANYCH, część PANEL DETEKTORA CYFROWEGO

Parametr DQE jest jednym z najważniejszych parametrów opisujących detektor. Wartość DQE odpowiada na pytanie jak duża część sygnału wykorzystywana jest na uzyskanie obrazu. Im wyższy współczynnik DQE tym wyższe efektywne wykorzystanie dawki, co przekłada się na niższą dawkę, a także niższe koszty eksploatacyjne. W związku z tym proponujemy dodanie punktu:

	Osiągany poziom współczynnika DQE dla 0,5 lp/mm	Min 70 %	70% – 0 pkt Najwyższa wartość – 4 pkt Pozostałe wartości proporcjonalnie

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

88. Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH/OCENIANYCH, część INNE WYMAGANIA, pkt 104 „Mammograf zintegrowany: wszystkie elementy mammografu (w tym generator) umieszczone w i na statywie – połączone ze sobą wyłącznie kablami wewnętrznymi statywu ze względu na małą ilość miejsca instalacyjnego"

W tym punkcie Zamawiający promuje technologię, która ogranicza możliwości adaptacji pomieszczeń, co szczególnie w ograniczonej przestrzeni wydaj się być niezasadne. Mammografy z generatorami niezintegrowanymi, można przymocować do ściany pomieszczenia oszczędzając znaczną ilość miejsca. Dodatkowo oddzielny montaż generatora zmniejsza grzanie się zespołów mammografu przedłużając tym samym ich żywotność.
Sam generator jest wielkości komputera klasy PC i można go zainstalować w dowolnym – dogodnym – miejscu. Dlatego prosimy o zmianę punktacji:

104.	Mammograf z generatorem możliwym do niezależnej instalacji, umożliwiający montaż bezpośrednio przy ścianie pomieszczenia	NIE/TAK		NIE – 0 pkt TAK – 4 pkt

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

89. Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH/OCENIANYCH, część INNE WYMAGANIA, pkt 99 „Prąd zasilania jednofazowego ≤ 16 A"

99.	Prąd zasilania jednofazowego ≤ 16 A	NIE/TAK		NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt

Czy Zamawiający przyzna punkt w sytuacji, kiedy dostarczony zostanie mammograf z możliwością permanentnego ograniczenia prądu zasilania do 16 A?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

90. Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH/OCENIANYCH, część INNE WYMAGANIA, pkt 109 „Zakres temperatur pracy systemu +10°C ÷ +35°C"

Przyjmowanie pacjentek – zwłaszcza w sytuacji, gdy pacjentka musi do badania zdjąć odzież – wymaga, aby temperatura w pomieszczeniu badań nie wykraczała poza zakres +20°C - +30°C. Dlatego zwracamy się z prośbą o rezygnację z tego wymogu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

91. Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH/OCENIANYCH, część INNE WYMAGANIA, pkt 110 „Zakres temperatur magazynowania systemu -20°C ÷ +70°C"

Z uwagi na fakt, iż w pomieszczeniach, w których wykonywane są badania, temperatura jest zazwyczaj stała i nie wykracza poza temperaturę pracy, zwracamy się z prośbą o rezygnację z tego wymogu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

92. Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH/OCENIANYCH, część INNE WYMAGANIA, pkt 111 „Waga mammografu (statywu z podstawą, kolumną, ramieniem, źródłem promieniowania rtg, panelem detektora cyfrowego i generatorem)"

Chcemy zaoferować profesjonalny mammograf, który wagę nieznacznie przekracza podany przez Państwa próg.
Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić urządzenie, które waży 477 kg?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

93. Dotyczy przedmiotowych środków dowodowych rozdział 4 pkt. 1.2 ogólnych warunków zapytania ofertowego

Czy Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych niewyszczególnionych w katalogah, prospektach lub folderach?
Uzasadnienie:
Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane

wymaganie może uniemożliwić złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej producenta itp. oferowanego sprzętu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

94. Dotyczy sposobu złożenia oferty – rozdział 7 pkt. 1.4 ogólnych warunków zapytania ofertowego

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert w formie elektronicznej, zaszyfrowanych i przesłanych na wyznaczony adres e-mail Zamawiającego (zamowienia@diagnostykakutno.pl), opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Hasło do odszyfrowania oferty, zostanie przekazane niezwłocznie po upływie terminu składania ofert (tj. po godz.12:00) i nie później niż przed godziną otwarcia ofert (tj. godzina 12:30).
Taki sposób składania ofert pozwoli na złożenie ważnych ofert w wyznaczonym do tego terminie oraz uniknięcie ryzyka niedostarczenia oferty przez kuriera, na co Wykonawcy nie mają wpływu.

Jeżeli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie godziny składania ofert na późniejszą, z uwagi na krótki termin na składanie ofert oraz wymóg złożenia oferty papierowej, a co za tym idzie przesłania ofert za pośrednictwem kuriera przez Wykonawców?

Odpowiedź: Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 29.07.2021 do godz 12:00 . Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej.

95. Dotyczy podpisania umowy

Prosimy o informację w obecnej sytuacji epidemiologicznej Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z Wykonawcą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego ? Lub też złożenie podpisu chociaż przez jedną ze stron podpisem kwalifikowanym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej.

96. Dotyczy § 6. Kary umowne ust. 4 i 5 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 10% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 ? Pozostawienie kar na tak wysokim poziomie może spowodować niepotrzebny wzrost ceny, ponieważ Wykonawcy będą musieli wkalkulować w cenę oferty ewentualne ryzyko poniesienia kary.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Janusz Ostrowski

„DIAG... o.
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52
NIP 775-24-25-639, REGON 472[illegible]8284